

INSTRUKSJONER FOR BRUK CT-7 TRACTION SPLINT

BRUKSOMRÅDE: CT-7 BEN TRACTION SPLINT er ment å gi støtte og trekraft til lårbeinsbrudd i midtakselen under pre-hospital behandling og pasienttransport.

INDIKASJONER: Lårbeinsbrudd i midtakselen.

PRIMÆR PASIENTGRUPPE: Voksne og barn med skaftbrudd i lårbenet, uten kneleddet.

TILSIKTET BRUKER: Helsepersonell og trent ikke-medisinsk personale.

BRUKSANVISNING:

Sørg for at du ser den korte videoen på nettstedet vårt: <https://www.faretec.com/training-videos>

1. Fjern ankelkoblingen fra ytterlommen.
2. Pakk ankelfeste rundt ankelen på det skadede benet.
3. Kontroller at spennen på ankelfestet er rettet mot pasientens fot.
4. Fjern skinnen fra posen, og sett sammen nødvendig antall stenger.
5. Fest spennen på enden av skinnen til ankelfestet.
6. Fest lyskestropp ved å vikle den rundt øvre lår og stramme stroppen.
7. Pakk begge benremmene rundt pasientens ben, en over kneet, en under kneet.
8. Trekkmekanisme effektueres ved å skru sort plastikkmutter ved foten av skinnen. Spinn i retning av pilene for å påføre trekraft.
9. Overvåk og merk lengden på trekraften som oppnås.
10. Stopp når tilstrekkelig trekraft er påført: Det skadede benet er like langt på det uskadde benet, pasienten føler lindring og hevelse reduseres.

Gjengesystemet sørger for å bruke trekraft sakte og forsiktig, slik at pasienten ikke blir skadet ytterligere. Det muliggjør også enkel justering i små trinn.

KLINISKE FORDELER:

- Gi støtte og trekraft til lårbeinsbrudd i midtakselen
- Reduserer blødning og muskelspasmer
- Forhindrer ytterligere skade på omkringliggende muskler, vev og anatomisk struktur
- Lindrer pasientens smerte

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING:

Inspiser skinnen etter hver bruk. Rammen skal være fri for forurensning. Rammen kan rengjøres med såpe og vann og tørkes med et håndkle. Hvis ankelfestet, benstroppene eller lyskestroppen har forurensning eller er slitt, må du ikke bruke dem på nytt, de må byttes ut med nye. For utskifting, kontakt FareTec: + 1-440-350-9510.

1610 W Jackson Street • Painesville, Ohio 44077 • 440-350-9510 • www.faretec.com

KONTRAINDIKASJONER: Traction Splints bør ikke brukes ved mistanke om skade/brudd i hofta eller helt øverst på lårbeinet, brudd og / eller forvridning av kneet eller for ankelfraktur.

ADVARSLER, FORHOLDSREGLER & BEGRENSNINGER: Ingen

SIKKER AVFALL: Produktet skal kastes i det dedikerte området som anbefalt av lokale myndigheter.

MERKNAD: Rapporter til FareTec eller til den ansvarlige myndigheten i landet der du bruker dette produktet om alvorlige hendelser som har skjedd og du mistenker er i forbindelse med denne enheten. Hvis du mistenker at en potensiell feil eller et produkt ikke har oppfylt forventningene dine, vennligst rapporter dette til selskapet og gi så mye informasjon som mulig. Firmaets telefonnummer: +1-440-350-9510











FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Spain



	Produsent		Autorisert representant i europeisk Samfunnet
	Medisinsk enhet		Importør
	Se bruksanvisningen		Katalognummer
	Produksjonsdato		Batchkode